

Consultas Realizadas

Licitación 437912 - LPN N° 04/2024 "ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA - MSPYBS"

Consulta 1 - Item 1 - 4.4 -Manipuleo y control directamente por pantalla táctil.

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante que admita pantalla completamente táctil con botones y perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo se obtendrán mas oferente a este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. | | |

Consulta 2 - Item 1 - 4.12 Sistema para fijación a pared de cada monitor.

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor. | | |

Consulta 3 - item 1 - 5.1.8 Rango de conteo de VPC de 0 a 99 VPCs/min

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar mediciones en el rango de 0 a 300 PVCs/min o mayor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. Los rangos solicitados son los mínimos requeridos. | | |

Consulta 4 - Item 1 - 5.3.3 Canales seleccionables R-F- y R-L

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita que los canales de impedancia sean aceptados entre RA-LL, RA-LA. De este modo abrirán más la cantidad de oferentes para este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. | | |

Consulta 5 - Item 1 - 5.5.2 Modos para la toma de presión: manual y automática a diferente

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Para este punto se solicita a la convocante aceptar equipos que puedan medir en modo manual, automático, continuo y secuencial. De este modo se tendrá mas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. | | |

Consulta 6 - Item 1 - 5.6.2 Etiquetado del sitio de medición

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante modificar el punto de la siguiente manera: Posibilidad de mediciones en ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1-P2 y etiquetado de sitio de medición. De esta manera se entenderá mejor y se tendrá mas oferentes a este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Favor considerar que se precisan monitores para Terapias intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. | | |

Consulta 7 - item 1 - 5.6.4 Rango de medición de presión

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar el rango de medición De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ o mejor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los rangos solicitados son los mínimos requeridos. se podrán cotizar equipos con mejores rangos. | | |

Consulta 8 - item 1 - 5.7.1 Cantidad de canales: 8 como mínimo

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar monitores con 4 canales de EEG como mínimo. De esta manera habrá más oportunidades para otros oferentes y no se evidenciará un caso dirigido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 9 - Item 1 - 4.16 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Para este punto se solicita a la convocante que los dispositivos deben tener instalado el software de visualización previamente conectado en la red. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se coticie. | | |

Consulta 10 - ITEM 1 - 4.4 Manipuleo y control directamente por pantalla táctil

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante que admita pantalla completamente táctil con botones y perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo se obtendrán mas oferente a este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. | | |

Consulta 11 - ITEM 1- 4.12- Sistema para fijación a pared de cada monitor

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor. | | |

Consulta 12 - ITEM 1- 4.16 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Para este punto se solicita a la convocante que los dispositivos deben tener instalado el software de visualización previamente conectado en la red. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que coticie. | | |

Consulta 13 - ITEM 1 - 5.1.8 Rango de conteo de VPC de 0 a 99 VPCs/min

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar mediciones en el rango de 0 a 300 PVCs/min o mayor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Los rangos solicitados son los mínimos requeridos. Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones | | |

Consulta 14 - ITEM 1 - 5.3.3 Canales seleccionables R-F- y R-L

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita que los canales de impedancia sean aceptados entre RA-LL, RA-LA. De este modo abrirán más la cantidad de oferentes para este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 15 - ITEM 1 - 5.5.2 Modos para la toma de presión:

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Para este punto se solicita a la convocante aceptar equipos que puedan medir en modo manual, automático, continuo y secuencial. De este modo se tendrá mas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 16 - ITEM 1 - 5.6.2 Etiquetado del sitio de medición

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante modificar el punto de la siguiente manera: Posibilidad de mediciones en ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1-P2 y etiquetado de sitio de medición. De esta manera se entenderá mejor y se tendrá mas oferentes a este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para terapias intensivas por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 17 - ITEM 1- 5.6.4 Rango de medición de presión

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar el rango de medición De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ o mejor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos. | | |

Consulta 18 - ITEM 1 - 5.7.1 Cantidad de canales: 8 como mínimo

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar monitores con 4 canales de EEG como mínimo. De esta manera habrá más oportunidades para otros oferentes y no se evidenciará un caso dirigido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas ¿Se podría cotizar con despliegue de al menos 7 curvas fisiológicas? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| 4.1 Monitor modular ¿Se podría cotizar modular o preconfigurado? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del pliego, en la que se solicita monitores del tipo modular. | | |

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| 4.14 Posibilidad de medición de gasto cardíaco continuo por software no invasivo ¿Se podría considerar opcional, considerando que está limitando la participación a una marca específica en el mercado? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| 5.1.4 Detección de por lo menos 20 arritmias ¿Se podría cotizar con al menos 15 tipos de arritmias? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones | | |

Consulta 23 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| 5.3.3 Canales seleccionables R-F y R-L ¿Se podría cotizar R-F y R-L o RA-LA y RA-LL? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones | | |

Consulta 24 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| 5.3.4 Rango de medición de 0 a 150 rpm ¿Se podría cotizar de 0 a 120 rpm o mejor? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones | | |

Consulta 25 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| 5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P,1 P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3. ¿Se podría cotizar P1, P2, ART, PA, CUP, ICP, LAP, RAP o mejor rango? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| 5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la expiración (PVC - ET) ¿Se podría considerar como opcional? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| 7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para casa canal ¿Podrían aclarar a que lugar o lugares se deben entregar estos tres módulos? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Todas deberán entregarse en el Hospital Regional de Ciudad Del Este | | |

Consulta 28 - Plan de entregas de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Entendemos que la primera Orden corresponderá a los 16 monitores que deben ser entregados al Hospital Distrital de Hernandarias en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción y las demás ordenes se irán emitiendo para los demás hospitales con plazo de 5 días hábiles para la entrega.</p> <p>Solicitamos ampliar el plazo de entrega de la primera orden a por lo menos 30 días hábiles desde la recepción y a 45 días hábiles para las demás ordenes de entrega</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Las circunstancias actuales de rebrote del COVID -19, así como el aumento de casos de Dengue nos obligan a contar en la brevedad posibles con estos equipos. Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 29 - Plan de entregas de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección de Terapia Intensiva.</p> <p>Favor aclarar si las actas de recepción final deberán ser emitidas por cada Hospital beneficiado o por la Dirección de Terapia Intensiva.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Adecuarse a la Adenda Versión N 02 y al PBC última versión.</p> | | |

Consulta 30 - Item 1 - Monitor Multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el punto 4.7 dice: Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotización de al menos 12 curvas fisiológicas, teniendo en cuenta que solo solicitan estos parámetros ECG, SPO2, RESP, TEMP, IBP, NIBP, EEG.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.</p> | | |

Consulta 31 - Item 1 - Monitor Multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el punto 4.12 dice: Sistema para fijación a pared de cada monitor.</p> <p>Solicitamos al Convocante aclarar ¿se refiere al soporte metálico que debe ser fijado a la pared?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor.</p> | | |

Consulta 32 - Item 1 - Monitor Multiparametrico

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el punto 4.14 dice: Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo. Considerando que usa la palabra "Posibilidad"; además no se solicitan los accesorios para realizar esta medición. Solicitamos al Convocante definir ¿debe proveerse o no, el módulo medición de Gasto Cardíaco?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|------------------|---------------------------|------------|

Se aclara que el equipo deberá contar con la posibilidad de incorporar a futuro este módulo de medición. sin necesidad de modificar ningún software o hardware y sin costo para el beneficiario más que la provisión del módulo y sus accesorios

Consulta 33 - Item 1 - Monitor Multiparametrico

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el punto 4.16 dice: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.. Solicitamos al Convocante definir, ¿debe proveerse o no, el software para visualización remota ?

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|------------------|---------------------------|------------|

Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se coticie

Consulta 34 - Item 1 - Monitor Multiparametrico

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el punto 5.2.7 dice: Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor Solicitamos al Convocante permitir la utilización de sensores de SPO2 Masimo, Nellcor o de la misma marca ofertada.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.

Consulta 35 - Item 1 - Monitor Multiparametrico

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el punto 8.1 dice: Garantía escrita de 2 años como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante, que permita cotización de Garantía escrita de 1 año como mínimo.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor ajustarse a los términos de la Garantía.

Consulta 36 - PLAZO DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Plazo de entrega: El presente proceso trata de la adquisición de Monitores Multiparametricos, sin embargo el Pliego dispone respecto al plazo de entrega cuanto sigue: Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección de Terapia Intensiva. Lugar de entrega: se realizarán según las siguientes distribuciones. Hospital Regional de CDE, Terapia Adulto: 22 Unidades Hospital Distrital de Hernandarias, Terapia Adulto: 16 Unidades Hospital Los Ángeles, Terapia Intensiva Pediátrica/Neonatal: 10 Unidades Hospital Regional de CDE, Terapia Intensiva Pediátrica: 6 unidades La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, se entregarán los 16 monitores para el Distrital de Hernandarias. Los saldos de las cantidades adjudicadas serán emitidos dentro de los 45 días corridos posteriores a la primera entrega, donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Notamos que dicho plazo no es razonable a efectos de la logística de importación por parte del posible adjudicado y por tanto no se encuentra establecido con la mayor amplitud de acuerdo a la naturaleza específica del contrato" (sic). "En el anterior proceso de contratación similar llevado a cabo por la misma convocante ID 415992 , referente al mismo objeto el plazo de entrega se distribuía en forma lógica y proporcional, 60 días para la entrega y 15 días para la instalación de los equipos. "Esta misma disposición permitirá al adjudicado cumplir en forma los procesos propios de importación y logística. De mantener el plazo impuesto se estaría restringiendo innecesariamente la participación de otros oferentes. Por lo dispuesto mas arriba, solicitamos ampliar el plazo de entrega de la totalidad de los equipos a 120 días desde la firma del contrato de acuerdo a la naturaleza de lo solicitado.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse a l PBC</p> | | |

Consulta 37 - "Ítem 1 - Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>5.7 Solicitamos a la convocante que el módulo EEG, se declare opcional, de manera a no limitar la participación de más oferentes."</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.</p> | | |

Consulta 38 - "Ítem 1 - Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>7.1 Solicitamos a la convocante que los accesorios del módulo EEG, se declaren opcional, de manera a no limitar la participación de más oferentes."</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.</p> | | |

Consulta 39 - ITEM 1- 4.4 - Manipuleo y control directamente por pantalla táctil.

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante que admita pantalla completamente táctil con botones y perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo se obtendrán mas oferente a este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al PBC | | |

Consulta 40 - ITEM 1- 4-12 SISTEMA PARA FIJACION DE PARED

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor. | | |

Consulta 41 - ítem 1 - 4-16 - Capacidad de visualizacion via remota

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Para este punto se solicita a la convocante que los dispositivos deben tener instalado el software de visualización previamente conectado en la red. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se coticie | | |

Consulta 42 - ítem 1 - 5-18 Rango de conteo de VPC

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar mediciones en el rango de 0 a 300 PVCs/min o mayor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 43 - ITEM 1 - 5-3-3 CANALES SELECCIONABLES R-F Y R-L

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En este punto se solicita que los canales de impedancia sean aceptados entre RA-LL, RA-LA. De este modo abrirán más la cantidad de oferentes para este llamado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 44 - ITEM 1 - 5-5-2 MODOS PARA LA TOMA DE PRESION

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Para este punto se solicita a la convocante aceptar equipos que puedan medir en modo manual, automático, continuo y secuencial. De este modo se tendrá mas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 45 - ITEM 1- 5-6-2 Etiquetado del sitio de medicion

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante modificar el punto de la siguiente manera: Posibilidad de mediciones en ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1-P2 y etiquetado de sitio de medición. De esta manera se entenderá mejor y se tendrá mas oferentes a este llamado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 46 - item 1 - 5-6-4 Rango de medicion de presion

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En este punto se solicita a la convocante aceptar el rango de medición De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ o mejor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos. | | |

Consulta 47 - PLAN DE ENTREGAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Considerando que este tipo de equipos deben ser importados, y por la cantidad requerida, el plan de entregas es de cumplimiento imposible, razón por la cual se solicita la modificación de los plazos de entrega conforme a lo siguiente: Primera Orden de Compra: Entregar 16 monitores en un plazo de 20 días a partir de la recepción de la orden. Segunda Orden de Compra: El saldo deberá ser entregado en un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. De esta manera se permitirá que el fabricante provea en plazo considerando que no se trata de una cantidad menor, y se obtendrán mejores precios y mejores condiciones de contratación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC | | |

Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GARANTÍA DE EQUIPO

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. | | |
| Favor aclarar si los repuestos y/o materiales deben ser proveídos únicamente por fallas relacionadas a defectos de fábrica, y no al desgaste natural de las piezas o uso inadecuado del equipo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a los términos de la garantía, se aclara que corresponde a fallas relacionadas a defectos de fábrica. | | |

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 4 - CARACTERÍSTICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| DONDE DICE: | | |
| Item 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. | | |
| Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo. | | |
| FAVOR MODIFICAR A: | | |
| Item 4.7 Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente. | | |
| Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo o por impedancia cardíaca o por métodos invasivos. | | |
| Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5 CARACTERÍSTICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: | | |
| Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 320 mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor. | | |
| FAVOR MODIFICAR A: | | |
| Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 300 mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor. | | |
| Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos. | | |

Consulta 51 - PLAN DE ENTREGAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Considerando que este tipo de equipos deben ser importados, y por la cantidad requerida, el plan de entregas es de cumplimiento imposible, razón por la cual se solicita la modificación de los plazos de entrega conforme a lo siguiente: | | |
| Primera Orden de Compra: Entregar 16 monitores en un plazo de 20 días a partir de la recepción de la orden. | | |
| Segunda Orden de Compra: El saldo deberá ser entregado en un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. | | |
| De esta manera se permitirá que el fabricante provea en plazo considerando que no se trata de una cantidad menor, y se obtendrán mejores precios y mejores condiciones de contratación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse a los requerimientos del PBC | | |

Consulta 52 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GARANTÍA

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. | | |
| Favor aclarar si los repuestos y/o materiales deben ser proveídos únicamente por fallas relacionadas a defectos de fábrica, y no al desgaste natural de las piezas o uso inadecuado del equipo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a los términos de la garantía. Se aclara que corresponde a fallas relacionadas a defectos de fabrica | | |

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 4 - CARACTERÍSTICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>DONDE DICE:</p> <p>Item 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente.</p> <p>Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo.</p> <p>FAVOR MODIFICAR A:</p> <p>Item 4.7 Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente.</p> <p>Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo o por impedancia cardíaca o por métodos invasivos.</p> <p>Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.</p> | | |

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTO 5 CARACTERÍSTICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>DONDE DICE:</p> <p>Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 320 mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor.</p> <p>FAVOR MODIFICAR A:</p> <p>Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 300 mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor.</p> <p>Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos</p> | | |

Consulta 55 - Autorización del fabricante

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En la Página 09 del PBC dice Autorización del Fabricante: Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Para el ítem 01.- Solicitamos a la Convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante consularizada o apostillada; e inscripto en el registro público de comercio. A los efectos de garantizar la participación de empresas que puedan cumplir con las exigencias contractuales. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor notar que el punto Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, se solicita: Autorización del fabricante Internacional para los oferentes que sean representantes y/o Distribuidores en la forma debida: Consularizado, Legalizado, y/o apostillado e inscripto en Registros Públicos | | |

Consulta 56 - Certificado

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En la Pagina 22 del PBC dice: Certificado de registro sanitario, de conformidad a la Ley N° 4659/12. Solicitamos al Convocante exceptuar el pedido de certificado de registro sanitario. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor ajustarse a este requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones | | |

Consulta 57 - Plan de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En la Página 32 del PBC dice: Plan de entrega de los bienes La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Teniendo en cuenta la cantidad de los equipos solicitados tienen que ser importados, solicitamos al convocante que la primera Orden de Compra sea emitida 30 (treinta) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC | | |

Consulta 58 - Vigencia de Documentos

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En la Página 20 del PBC dice: Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. Solicitamos al Convocante definir con exactitud, cuáles son los documentos que deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| En el PBC claramente se indica con (**) todos los documentos que se precisan estén vigentes al inicio de la etapa competitiva | | |

Consulta 59 - 7 Accesorios por cada equipo

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para casa canal Normalmente en la práctica clínica, 4 canales son suficientes, solicitamos a la convocante aceptar ECG con 4 canales, para permitir la participación de mas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 60 - Monitorización en pantalla de

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 5.6.4. Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar rango de medición de presión de -50 a +300 mmHg , para permitir la participación de mas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos. | | |

Consulta 61 - PLAZO DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a por los menos 60 días, llevando en cuenta la cantidad de equipos solicitados y que las mismas son importadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC | | |

Consulta 62 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente, solicitamos se puedan cotizar monitores con despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas, considerando que son más que suficientes para los parámetros solicitados | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones. | | |

Consulta 63 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 5.5.6 Posibilidad de medición de presión arterial durante el inflado, esta especificación debe ser opcional, puesto que el inflado del manguito interfiere con la medición de la presión arterial

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.

Consulta 64 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor, por favor aclarar cuál de las tecnologías requieren.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Además de la tecnología del fabricante, se precisan que cuenten con la posibilidad de poder utilizar sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor.

Consulta 65 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 6.5.4 Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, con exactitud de ± 4 mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor, solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con rango de medición de -50 a 300 mmHg, que es un rango más que suficiente para esta medición y no restringe la participación de proveedores

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos

Consulta 66 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 Monitor multiparamétrico, donde dice: Puntos 5.7 EEG, 5.7.1 Cantidad de canales 8 como mínimo y en el punto 7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal, hacemos notar que estas especificaciones son exclusivas de la marca de monitores Nihon Kohden, representada en Paraguay por la firma LCM S.A. Es bien sabido que otras marcas de reconocida trayectoria y amplia aceptación en el mercado cuentan con módulos de EEG de 4 canales. Estas especificaciones técnicas están dirigidas a esta marca en particular, lo cual contraviene totalmente con los Principios Rectores que rigen la Ley 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas, en especial el de Igualdad y Libre Competencia, el de Imparcialidad, el de la Primacía del Interés General sobre el Particular y el de Probidad y Ética.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.

Consulta 67 - plazo de entregas de bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el apartado donde dice La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, se entregarán los 16 monitores para el Distrital de Hernandarias.</p> <p>Los saldos de las cantidades adjudicadas serán emitidos dentro de los 45 días corridos posteriores a la primera entrega, donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra</p> <p>Solicitamos a la convocante que este apartado quede redactado de la siguiente manera; La Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 75 (setenta y cinco) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, a fin de dar participación a potenciales oferentes y debido a la cantidad de monitores solicitados</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC</p> | | |

Consulta 68 - Item 1 - 4.4 -Manipuleo y control directamente por pantalla táctil.

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Se solicita a la convocante que admita equipos con pantalla táctil y con botones y/o perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo a no violar los preceptos de libre competencia.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al PBC.</p> | | |

Consulta 69 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>4.14 Posibilidad de medición de gasto cardíaco continuo por software no invasivo Se solicita considerar opcional, considerando que está limitando la participación a una marca específica en el mercado</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.</p> | | |

Consulta 70 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas Se poder cotizar equipos con despliegue de al menos 7 curvas fisiológicas. Considerando los parametros solicitados.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para terapias intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 71 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

4.1 Monitor modular
 Se solicita poder cotizar equipo modular o preconfigurado a fin de permitir la libre competencia

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego. Es sabido que la tecnología del tipo modular es de mejor prestación que las del tipo preconfigurada.

Consulta 72 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se Entiende que la primera Orden corresponderá a los 16 monitores que deben ser entregados al Hospital Distrital de Hernandarias en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción y las demás ordenes se irán emitiendo para los demás hospitales con plazo de 5 días hábiles para la entrega.
 Solicitamos ampliar el plazo de entrega de la primera orden a por los menos 45 días hábiles a fin de permitir la participación de varios oferentes

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse a los requerimientos del PBC

Consulta 73 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor
 Solicitamos al Convocante permitir la utilización de sensores de SPO2 Masimo, Nellcor o de la misma marca ofertada, a modo de permitir la libre competencia.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y Condiciones.

Consulta 74 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

4.16 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica..
 Solicitamos al Convocante definir, ya se debe proveer o no, el software para visualización remota

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se cotice.

Consulta 75 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

4.12 Sistema de fijación de cada monitor

En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor.

Consulta 76 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para casa canal

Favor aclarar a que lugar o lugares se deben entregar estos tres módulos

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Todas deberán entregarse en el Hospital Regional de Ciudad Del Este

Consulta 77 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 14-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

5.7 Solicitamos a la convocante que el módulo EEG, se declare opcional, de manera a no limitar la participación de más oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.

Consulta 78 - ÍTEM 01 - MONITORES MULTIPARAMETRICOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-01-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

4.7. Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente.

Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar despliegue como mínimo 12 curvas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.