

Consultas Realizadas

Licitación 438931 - CD N° 08/2024 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ECOGRAFÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"

Consulta 1 - ITEM 1 Ecógrafo Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Aclarar si solicitan equipo móvil (ecografo con carro integrado) ó equipo portátil		

Consulta 2 - ITEM 1 control Virtual TGC-2

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Se solicita a la convocante aceptar control Virtual TGC en la pantalla de control táctil.		

Consulta 3 - ITEM 1 puertos para conexión de transductores.-4

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante aceptar con dos puertos para conexión de transductores.		

Consulta 4 - ITEM 1 teclado digital en pantalla de control - touch-5

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante aceptar teclado digital en pantalla de control - touch		

Consulta 5 - ITEM 1 rango dinámico 96 db con 2dB/step. -3

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante aceptar rango dinámico 96 db con 2dB/step.		

Consulta 6 - modos de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2024
en las especificaciones técnicas dice Modo Función 3D/4D tiempo real se solicita a la convocante aclarar si este punto es sustancial ya que no se pidió transductor Volumétrico para realizar esta función, así de manera a mayor participación de posibles oferentes en este llamado		

Consulta 7 - Especificaciones técnicas. Transductores

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
Donde dice: Un (01) transductor Convexo o curvilíneo con rango de 2 MHz a 6MHz como mínimo, se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con transductores convexos con rangos de frecuencia de $2 \pm 0.5\text{MHz}$ a $6 \pm 0.5\text{MHz}$, esto permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes y no limita la funcionalidad del transductor para realizar los estudios.		

Consulta 8 - Especificaciones técnicas. Datos Generales

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
Se solicita aclarar si el equipo solicitado es una unidad modular o un equipo portátil, esto teniendo en cuenta el precio referencial y que algunas características solicitadas hacen referencia a un equipo portátil		

Consulta 9 - Especificaciones técnicas. Transductores

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
Donde dice: Un (01) Transductor intracavitario con rango de 4MHz a 10 MHz o mejor con ángulo de apertura de al menos 1350, favor aclarar si el ángulo solicitado es de al menos 135°		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
Donde dice: "Unidad de almacenamiento por medio d CD-RW o DVD Integrado al equipo", se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD integrado al equipo o externo, esto permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes y no afecta la funcionalidad del equipo.		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas: Características mínimas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
* Control de ganancia y ajuste de la curva de la curva TGC por medio de ocho controles independientes como mínimo, SE SUGIERE aceptar a partir de 6 controles		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas: Accesorios

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
* Un (01) transductor Convexo o curvilineo con rango de 2 MHz a 6MHz como mínimo, se solicita a la Convocante aceptar con rango de 2 a 6 ± 1 MHz		

Consulta 13 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
En el punto de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Capacidad de adquirir como mínimo imagen 3D multiplanar". Este punto debe ser omitido, debido a que los ecógrafos con capacidades avanzadas como imágenes 3D multiplanar aumentan el costo final del equipo y en este caso el presupuesto es limitado y las necesidades clínicas no requieren imágenes en 3D		

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
En el punto de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Función 3D/4D tiempo real". Este punto debe ser omitido ya que el equipo no incluye un transductor volumétrico, que es esencial para el uso de esta función. Al solicitar la capacidad de imágenes 3D/4D sin el transductor adecuado no solo incrementaría innecesariamente el costo del equipo, sino que, además, dicha función sería inoperativa y por ende no utilizable en la práctica. Por lo tanto, la inclusión de esto es redundante y no aporta valor, dado que el equipo no podrá utilizarse conforme a esta capacidad		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
En el punto de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Función 3D/4D tiempo real". Este punto debe ser omitido ya que el equipo no incluye un transductor volumétrico, que es esencial para el uso de esta función. Al solicitar la capacidad de imágenes 3D/4D sin el transductor adecuado no solo incrementaría innecesariamente el costo del equipo, sino que, además, dicha función sería inoperativa y por ende no utilizable en la práctica. Por lo tanto, la inclusión de esto es redundante y no aporta valor, dado que el equipo no podrá utilizarse conforme a esta capacidad		

Consulta 16 - Plan de Entrega de los Bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
<p>En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, el Pliego de Bases y Condiciones establece lo siguiente: para la entrega de los bienes, el proveedor tendrá un plazo de 10 (DIEZ) DÍAS CORRIDOS, una vez recepcionadas las Órdenes de Compra por parte del oferente.</p> <p>Este plazo de entrega debe ser ampliado a por lo menos noventa (90) días a partir de la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que ese es el tiempo mínimo de importación de estos equipos. De lo contrario, esto puede entenderse que este llamado está dirigido a empresas que ya cuentan con el equipo en stock, hecho que atenta contra los principios de contrataciones públicas. En cambio, un plazo de entrega adecuado permitiría a los proveedores cumplir con los requisitos y garantizar la disponibilidad de los productos solicitados, resultando la convocante como la única beneficiada</p>		

Consulta 17 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante la verificación y actualización en el precio referencial debido a que el mismo está muy por debajo de los precios reales y competitivos actuales del mercado teniendo en cuenta los requerimientos técnicos del equipo solicitado.</p> <p>Hemos notado según el documento publicado de “antecedentes de estimación de costos” que los mismos se han basado en históricos de licitaciones de años atrás y en equipos “portátiles” no modulares que son los solicitados en esta convocatoria, igualmente los equipos ofertados por las dos empresas cotizantes que figuran según sus detalles están por encima del valor referencial publicado, por lo cual no pueden ser considerados validos como precios referenciales para esta convocatoria.</p> <p>Esta revisión y ajuste de precios permitirá garantizar una selección justa y equitativa de todos los oferentes y que el equipo ofertado sea el que cumpla realmente con las especificaciones técnicas de la convocante.</p>		

Consulta 18 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
<p>Se solicita aumentar el precio referencial del llamado ya que los equipos son de mayor costo, no cubre el precio de costo del equipo</p>		